

연구실 안전사고 공표

공표일: 2026. 4. 21. | 안전팀

1. 사고 발생 원인 및 발생 경위

- 가. 사고일시: 2026년 03월 23일 19시
- 나. 사고장소: 000교실
- 다. 연구활동 내용: 파이펫 팁 및 1.5ml 튜브, 증류수가 든 유리병(실험용 내열제품)을 고온고압 멸균기에 넣어서 작동
- 라. 사고 발생 당시 상황: 분출된 증기 및 열수에 노출되어 왼손(2도화상), 오른손, 복부, 왼쪽 허벅지에 화상을 입음

2. 피해 현황

- 가. 인적피해: 1명
- 나. 물적피해: 해당없음

3. 조치 현황

- 가. 사고 직후 화상부위 세척 등의 응급처치 후 대학부속병원 응급실 긴급 후송 및 응급 처치
- 나. 함께 있던 연구원이 지도교수에게 사고보고 및 사고 현장 보존(사진 촬영 등)
- 다. 고압멸균기(기인물) 사용중지 표지 부착, 제작업체 정밀 점검 의뢰

4. 재발 방지 대책

- 가. [안전수칙 분야] 멸균기 안전수칙 제정 및 게시
- 나. [교육/훈련 분야] 사고발생 연구실 대상으로 특별 안전교육 실시
- 다. [보호구 분야] 적정 개인보호구 비치 및 착용 준수 및 관리
- 라. [기계/기구] 멸균기 정밀 점검 의뢰 및 수리 신청. 끝.